



SOLICITUD DE OFERTA COMERCIAL COMPRAS No. COM-054

1. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

La Empresa Colombiana de Productos Veterinarios S.A. (VECOL S.A.) es una sociedad de economía mixta del orden nacional, vinculada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Su régimen de contratación se rige por las normas del **derecho privado**.

2. OBJETO Y ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN []

- **Objeto:** Servicio de instalación sistema de extracción, puesta en marcha, verificación y ajuste con instrumentación certificada para una (1) cabina de extracción, marca **BIOBASE**, modelo **FH 1000^a**.

3. CONDICIONES TÉCNICAS Y DE ENTREGA

Para garantizar la calidad y transparencia ante auditorías, el oferente debe cumplir estrictamente con:

- **Especificaciones técnicas:** se adjunta especificaciones técnicas – Plano - ficha técnica del BEA.
- **Lugar de Entrega:** Instalaciones de VECOL S.A., Avenida El Dorado No. 82-93, Bogotá D.C.
- **Plazo de Entrega:** 19 DE MARZO 2026.

4. CONDICIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS

- **Vigencia de la Oferta:** 30 DÍAS
- **Forma de Pago:** 60 DÍAS posterior a facturación una vez recibido a entera satisfacción.
- **Documentación Requerida:** Cotización formal firmada.

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Soporte para Selección Objetiva)

Las ofertas serán evaluadas bajo los siguientes criterios ponderables:

1. **Precio:** Análisis de competitividad frente a diferentes proveedores. 40%
2. **Calidad:** Cumplimiento de estándares técnicos. (especificaciones técnicas):40%
3. **Tiempo de respuesta:** Agilidad en la entrega del bien o servicio.20%



6. PLAZO Y CORREO ELECTRÓNICO PARA POSTULACIÓN

Las ofertas deben ser enviadas a más tardar el día **03 de Marzo de 2026**, a las **12:00pm**, al correo electrónico **katherin.cordoba@vecol.com.co**.

7. DECLARACIONES Y RESERVAS LEGALES

- **Declaratoria de Desierto:** VECOL S.A. podrá declarar desierto el proceso por falta de ofertas, incumplimiento de requisitos mínimos, motivos que impidan la selección objetiva o por razones de conveniencia institucional.
- **Naturaleza del Proceso:** Esta solicitud no genera derechos precontractuales ni obligaciones contractuales para VECOL S.A., y puede ser terminada de manera unilateral en cualquier momento. La presentación de la oferta implica la aceptación de estas condiciones por parte del proponente.

Firma:

Miguel Saavedra F.

Miguel Saavedra F. (Feb 17, 2026 11:36:50 EST)

Luis Gutiérrez

Luis Gutiérrez (Feb 17, 2026 16:08:29 EST)

Ing. Miguel Saavedra Franco
Cargo: Profesional de Proyectos de Ingeniería
y S Área: Planeación

Vo Ing. Luis Gutiérrez
Director de Proyectos de ingeniería



EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A. VECOL S.A.
SOLICITUD DE OFERTA COMERCIAL
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


AREA DE LOGISTICA			
NOMBRE DEL PROYECTO	PMM CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS BIOLÓGICOS FASE 1		
NOMBRE SOLICITANTE	M.SAAVEDRA	PMI PROYECTO	PMI-0057
FECHA DE SOLICITUD	2026-02-19		
FECHA DE NECESIDAD	2026-03-24	PL-PROYECTO	PL-450

OBJETO

REALIZAR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA CABINA DE EXTRACCIÓN, MARCA BIOBASE, MODELO FH 1000A PMM fase 1

ESPECIFICACIONES GENERALES

SERVICIO DE INSTALACIÓN SISTEMA DE EXTRACCIÓN, PUESTA EN MARCHA, VERIFICACIÓN Y AJUSTE CON INSTRUMENTACIÓN CERTIFICADA PARA UNA (1) CABINA DE EXTRACCION, MARCA BIOBASE, MODELO FH 1000A





EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A. VECOL S.A.
SOLICITUD DE OFERTA COMERCIAL

DOCUMENTACION

PLANOS, FICHA TECNICA CABINA, (Fume Hood--FH1000), FICHA DATOS DE SEGURIDAD 2-BROMOETILAMONIO BROMURO

CONDICIONES COMERCIALES SUGERIDAS

Contratación mediante OP con Pago a 60 días contra factura

CANTIDADES DE OBRA

SERVICIO DE INSTALACION, PUESTA EN MARCHA, VERIFICACION Y AJUSTE CON INSTRUMENTACION CERTIFICADA PARA UNA (1) CABINA DE EXTRACCION, MARCA BIOBASE, MODELO FH 1000A

Ducto en PVC alta presión rde51 de 12" diámetro /6mt	1 UN
Codo de 90°/12" diámetro fabricado en fibra de vidrio bajo resinas antiácidas	1 UN
Adaptador de 12" a 10" de diámetro en fibra de vidrio bajo resinas antiácidas	1 UN
Ducto flexible PVC de 12" de diámetro / 1 mts de longitud	1 UN
Presión cero de 10"-12" de diámetro / tres metros de longitud, en material termoplástico (PVC). Incluye aro y malla en acero inoxidable con soporte para tensiones y guayas.	1 UN
Damper en acero inoxidable 12" diámetro. Accesorio para regular el flujo de aire.	1 UN
Estructura metálica fabricada en ángulo, revestido en pintura electrostática. Para soportar el peso del sistema de extracción remoto y el panel de filtración.	1 UN
Sistema SCRUBBER húmedo para lavado de gases.	1 UN
PANEL DE FILTRACIÓN Para el control de olores y Protección del Medio Ambiente Ficha Técnica: - Características : Fabricado en Acero Inoxidable Ref. 316L Calibre 16, especial para soportar diferentes concentraciones de vapores orgánicos, sustancias químicas y solventes. - El panel presenta dos (2) Filtros de Tela de Carbón Activado. Con posibilidad de removerlo para su cambio, cuando se encuentre saturado. - Entrada y salida de 12" de diámetro	1 UN
Extractor atmósferas corrosivas, motor externo de acople directo trifásico 220v con caracol y rotor PVC, talla 300, 2800rpm, 2.2kw, mod, mpcf-300-b2t-vf.	1 UN
KIT DE INSTALACION ELECTRICA. Incluye: Guardamotor, cofre IP66, cableado encauchetado, coraza americana, tubería SHC 40, uniones.	1 UN