



SOLICITUD DE OFERTA COMERCIAL No. COM-352

1. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

La Empresa Colombiana de Productos Veterinarios S.A. (VECOL S.A.) es una sociedad de economía mixta del orden nacional, vinculada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Su régimen de contratación se rige por las normas del **derecho privado**.

2. OBJETO Y ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN: Adquisición 1 autoclave

Volumen efectivo interno: 50 L. Volumen interno de la cámara: 58 L con impresora

Se requiere para desinfección de material de vidrio y medios en el área de control de calidad, se tiene un equipo con 15 años de antigüedad.

Marca y modelo de referencia para especificaciones SX-500 TOMY CON IMPRESORA

Rango de Temperatura Esterilización	105~135°C (2,75~30,74 psi)
Rango de Temperatura Calentamiento	45~104°C (0~0.015Mpa)
Máxima Presión de operación	38,14 psi
Temperatura	Display-Digital
Válvula de presión	Analogo
Recurso de calentamiento (eléctrico)	2.0 kW (calentador eléctrico)
Dispositivos de seguridad	Sensor de nivel de agua. Circuito contra goteos. Bloqueo de puerta. Prevención contra sobrepresión. Circuito especial de prevención contra sobrecalentamiento. Sensor detector de temperatura de apertura. Válvula de seguridad.
Dimensiones de la cámara	∅32.5 x 73.3 cm
Capacidad de la cámara	Volumen efectivo interno: 50 L. Volumen interno de la cámara: 58 L
Material de la cámara	SS 304
Peso	60 Kg Peso del equipo vacío
Voltaje	120 VAC(SE REQUIERE A 120 V , YA QUE EN EL AREA NO SE TIENE DISPONIBILIDAD DE TOMA 220 V)
Requerimiento eléctricos	Fase simple 120VAC (50/60 Hz) 15 A o mas
Consumo de energía	2kW (2580Kcal/h)
Condiciones ambientales	Temperatura ambiental: 10 a 35°C. Presión atmosférica: 860 a 1060hPa. Humedad relativa: 30 a 85%. Gradiente máximo: 2°
Impresora	Tipo de impresora : Termica
Accesorios	2 Canastas en acero inoxidable (∅30 x 18.1 cm) 1 Plato para la cámara interna, ruedas bloqueables, 1 manual de operación, folder para almacenamiento del manual, 1 llave para folder, carta de garantía, carta de consumidor y 1 hoja de inspección



3. CONDICIONES TÉCNICAS Y DE ENTREGA

- **Especificaciones técnicas:** (se adjunta documento de especificaciones técnicas. Plano)
- **Lugar de Entrega:** Instalaciones de VECOL S.A., Avenida El Dorado No. 82-93, Bogotá D.C.
- **Plazo de Entrega:** [27 DE JULIO 2026].

4. CONDICIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS

- **Vigencia de la Oferta:** 30 DÍAS
-
- **Forma de Pago:** 60 DÍAS posterior a facturación una vez recibido a entera satisfacción.
- **Documentación Requerida:** Cotización formal firmada.

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Soporte para Selección Objetiva)

Las ofertas serán evaluadas bajo los siguientes criterios ponderables:

1. **Precio:** Análisis de competitividad frente a diferentes proveedores. 40%
2. **Calidad:** Cumplimiento de estándares técnicos. (especificaciones técnicas):40%
3. **Tiempo de respuesta:** Agilidad en la entrega del bien o servicio.20%

6. PLAZO Y CORREO ELECTRÓNICO PARA POSTULACIÓN

Las ofertas deben ser enviadas a más tardar el día **11 de Junio de 2026**, a las **6:00 pm**, al correo electrónico karen.riano@vecol.com.co



7. DECLARACIONES Y RESERVAS LEGALES

- **Declaratoria de Desierto:** VECOL S.A. podrá declarar desierto el proceso por falta de ofertas, incumplimiento de requisitos mínimos, motivos que impidan la selección objetiva o por razones de conveniencia institucional.
- **Naturaleza del Proceso:** Esta solicitud no genera derechos precontractuales ni obligaciones contractuales para VECOL S.A., y puede ser terminada de manera unilateral en cualquier momento. La presentación de la oferta implica la aceptación de estas condiciones por parte del proponente.

Firma:

Dra. Diana Neira
Jefe Control Biológico
Ingeniería Área: Producción

Ing. Miguel Saavedra F.
Cargo: Profesional De proyectos de
Área: Planeación

